

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/22 - PROCESSO Nº 12.685/22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Às 10:00 (dez) horas do dia 08 (oito) de novembro do ano de 2022, reuniram-se na Prefeitura do Município de Jandira, o Pregoeiro, Sr. Valter Pucharelli, equipe de apoio Sr. Bruno Casado e Sr. Mauro José Lemos, designados pela Portaria nº 33742 de 24 de junho de 2022, para a Sessão Pública de abertura do envelope documentação da empresa **PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI** do Pregão em epígrafe. A empresa melhor classificada nos lotes 17-Cota Principal e 17-Cota Reservada na sessão de abertura foi desclassificada, assim sendo, foi convocada a segunda classificada no pregão para o prosseguimento do referido Pregão.

Verificou-se os documentos referentes a Procuração do representante presente, procedeu-se a abertura e exame da Documentação de habilitação apresentada pela segunda empresa classificada para os lotes 17-Cota Principal e 17-Cota Reservada, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de lances e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, na seguinte conformidade.

CRENCIAMENTO

Empresa: PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI
Representante: DOUGLAS DE ALMEIDA MATOS
CPF: 264.910.748-03

Após, o Pregoeiro passou a consignar os valores iniciais, lances livres e negociação, conforme abaixo:

Lote 17 Cota Principal

VALOR DA ADM. R\$ 168.929,06	BH DENTAL	PELISERV EQUIPAMENTOS	BIOSANTEC
Valor Proposto:	R\$ 126.620,00	R\$ 154.834,00	R\$ 160.526,11
1º lance	R\$ 126.500,00	DECLINA	DECLINA
	DESCLASIFICADA	R\$ 154.474,00	
		NEGOCIAÇÃO	

Lote 17 Cota Reservada

VALOR DA ADM. R\$ 20.560,29	BH DENTAL	PELISERV EQUIPAMENTOS	BIOSANTEC
Valor Proposto:	R\$ 15.980,00	R\$ 18.876,00	R\$ 19.532,27
1º lance	R\$ 15.800,00B	DECLINA	DECLINA
	DESCLASIFICADA	R\$ 18.856,00	
		NEGOCIAÇÃO	

Ato contínuo foi aberta e rubricada a documentação de habilitação da empresa **PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI** que apresentou o menor valor nos lances, a documentação de habilitação será encaminhada para a área técnica para análise.

RECURSO:

Dada a oportunidade de manifestar recurso, a mesma abriu mão da interposição.

ENCERRAMENTO


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada abaixo pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

Fica a empresa vencedora intimada a entregar no prazo de 05(cinco) dias a proposta comercial devidamente adequada aos valores apresentados com os devidos descontos, a entrega dos laudos e amostras.

ASSINAM:



VALTER PICHARELLI
PREGOEIRO



MAURO JOSÉ LEMOS
EQUIPE DE APOIO



BRUNO CELESTINO CASADO
EQUIPE DE APOIO



DOUGLAS DE ALMEIDA MATOS
**PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-
MÉDICOS EIRELI**

Jandira, 06 de Outubro de 2022.

Memorando 697/2022 – SMS – Secretaria da Saúde

Ilmo.

Gabriel Vasconcelos
Diretor de Compra

Assunto: Análise de Amostras

Ref.: Processo Licitatório nº 12.685/22 – Pregão nº 27/2022 – Implantação de Registro de Preços para Aquisição de Material Odontológico.

Ilustríssimo Senhor,

Trata-se de sobre a análise das amostras referente ao Processo Licitatório nº 12.685/22 – Pregão nº 27/2022 na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, critério de julgamento menor preço por LOTE, objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, em cumprimento ao item 6.1.6.

6.1.6 - AMOSTRAS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

6.1.6.1. Será necessário apresentar amostra para os itens que compõe os lotes, e para os itens 01 ao 09 do LOTE 17 será necessário apresentar catálogo.

6.1.6.2. A(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar deves(a) entregar 01(uma) unidade de cada produto ofertado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis na Secretaria da Saúde, contados a partir do primeiro dia útil após término da sessão, na Secretaria da Saúde, na Rua Nova Salomão Barjud, nº 220, Centro - Jandira - SP, expediente de segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

6.1.6.2. A empresa vencedora deverá apresentar com a amostra ficha técnica do produto, quando assim solicitado no descritivo de cada item.

6.1.6.3 As amostras deverão ser identificadas com etiquetas contendo: Razão social da licitante, número do item e número do pregão;

6.1.6.4 As amostras deverão ser das mesmas marcas apresentadas na proposta e apresentar as especificações exigidas no Termo de Referência;

6.1.6.5 Em caso de reprovação, não será admitido substituição da mesma para nova análise.

Após a habilitação das empresas e vencida a etapa de lances, segue o parecer da equipe técnica em relação a análise das amostras apresentadas.

Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Lote 1 – Cota Principal – Cirurgia

Amostras “APROVADAS”

Fornecedor: BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15- Cota Reservada - Lote 14 - Cota Principal – Material Odontológico.

Amostras “APROVADAS”

Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Lote 6 – Cota Principal – Descartáveis

Amostras “APROVADAS”

Fornecedor: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Lote 12 Cotas Principal e Reservada – Saneantes

Amostras “APROVADAS”

Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP

Lote 17 Cota Principal e Reservada – Equipamentos

Amostras “REPROVADAS”



Somente a empresa **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP**, teve suas amostras reprovadas, a empresa sagrou-se ganhadora do lote 17 (cota principal e reservada), porém o equipamento ofertado para o item 02 e 03 não atendem o descritivo solicitado em Edital.

- **Item 02 (lote17);**

LOTE 17/ EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID	QUANT	DESCRIPTIVO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid	12	Autoclave horizontal de mesa, capacidade mínima 21 litros; Possui modo de operação. Digital, Câmara de estabilização confeccionada em Aço inoxidável; reservatório externo Indicação do ciclo através de display de cristal líquido, sistemas de segurança, sistema eletrônico micro processado de tempo e temperatura, tecla de emergência, sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, termostato, válvulas de sobre pressão , válvula solenóide, válvula de sub-pressão anti-vácuo , anel de silicone para vedação da porta, dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta, conjunto de fusíveis elétricos, pés de borracha antideslizantes. Especificações adicionais: desaceleração automática despressurização automática secagem extra, potência de 1600 w, BIVOLT, temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de 127°C ou 134°C. Garantia Mínima de 1 Ano Da Instalação; Assistência Técnica Por 1 Ano, Manual de Operação e Manutenção.	R\$ 7.956,43	R\$ 95.744,16

A empresa **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP** ofertou o equipamento da marca “Dentemed” modelo AutoPrime 21L, o qual não possui Reservatório Externo e sim como dosador, não atendendo ao solicitado em edital.

Autoclave Horizontal AutoPrime 21L

A Autoclave 21L da Dentamed garante uma esterilização eficiente dos instrumentais. Ela é fabricada com materiais resistentes, de longa durabilidade e conta com dispositivos de segurança contra aumento excessivo de pressão e temperatura. Além dos mecanismos de proteção durante o manuseio do equipamento, a autoclave ainda tem funções padrão pré-programadas para facilitar a rotina do cirurgião-dentista. Painel de comando simples e de fácil acesso. Visor digital que indica e acompanha todas as funções. Confeccionada em aço inox, sem risco de oxidação. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão. Sensor de aquecimento que detecta a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado.



- Contem:
- 01 Cabo de alimentação AC,
 - 01 Suporte para bandejas, 02 ou
 - 03 Bandejas.
 - 01 Copo dosador.
 - 01 Mangueira.
 - 01 Manual de Instruções de uso.

Característica / Aplicação Técnica	Modelo AutoPrime 21 Litros
Tensão de Alimentação	Bivolt automático 127VAC - 220VAC / 50Hz - 60Hz
Frequência	60/50 Hz
Potência Máxima de Consumo	1.880 W
Capacidade	21 Litros
Proteção contra choque elétrico	Classe I
Faixa de temperatura de trabalho	+ 5 °C a 40 °C
Faixa de umidade de trabalho	Máx. UR 80% até 31 °C decaindo linearmente para 50% a 40 °C
Altitude máxima de operação	3.500 m
Moderação de operação	Contínuo
Pressão de Operação	1,1 bar e 2,1 bar
Temperatura de esterilização	121 °C e 134 °C
Consumo de água durante o processo	300 ml
Temperatura de água drenada	100 °C
Alívio de segurança de pressão	3 bar
Termostato de Segurança	300 °C
Grau de Poluição	2
Grau de Proteção (IP)	IP00
Nível de ruído	62 dB a 1,0 m
Dimensões internas da câmara (vaso de proteção) (D x P)	26 x 47 cm
Dimensões externas da autoclave (L x A x P)	36 x 37 x 67 cm
Dimensões das bandejas (L x A x P)	24 x 9 x 43 cm
Categoria do Vaso	V
Certificação de Vaso de Pressão	Nº Certificado INMETRO 005.2019.VPS.02 (Nova Inox)
Registro da ANVISA	80346800006



Dentamed
SOLUÇÕES EM SAÚDE

- Item 03 (lote 17);

LOTE 17/ EQUIPAMENTOS					
ITEM	UNID	QUANT	DESCRIPTIVO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Unid	20	Caneta de Alta Rotação Odontológica; Rotação 350.000 Rpm; Refrigeração Com Spray Duplo Ou Triplo; Encaixe Universal Borden; Troca de Brocas Por Saca Brocas; Confeccionada Em Alumínio, Latão e Aço Inox. Autoclavável; Numero de Serie e Símbolos Gráficos Gravados No Corpo Da Caneta de Acordo Com Nbr 9687; Embalada Em Estojo Que Garanta a Integridade do Produto, Acompanha Óleo Lubrificante; Constando Externamente Marca Comercial. Procedência de Fabricação. Confeccionada Conforme Nbr 7785-1; Garantia Mínima de 01 Ano; Garantia de Assistência Técnica e Peças de Reposição por 5 anos.	R\$ 882,93	R\$ 17.658,60

A empresa **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP** ofertou o equipamento da marca “Dentemed” modelo Prime LED CX207-W-2, este equipamento oferece velocidade de 320.000 RPM conforme catálogo, porém em edital foi solicitado velocidade de rotação de 350.000 RPM.

Certificado de Conformidade	
n.º 19060	
Produto:	Peça de mão odontológica de alta rotação pneumática.
Marca:	Dentemed.
Modelo:	Prime CX207-W-2 e Prime LED CX207-W-2.
Solicitante:	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravata, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00.
Fabricante:	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravata, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00.
Fabricante legal:	Não aplicável.
Fabricante contratado:	Não aplicável.
Regulamentos:	Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares. Instruções normativas da ANVISA, n.º 04 de 24/09/2015 e n.º 22 de 20.10.2017.
Modelo de certificação:	S
Normas técnicas:	ISO 14457:2017.
Processo de origem:	18145-A1.
Data de aceite da proposta:	07/06/2019.
Data de realização da auditoria:	09 e 10/10/2019.
Características técnicas do produto:	Prime CX207-W-2; Velocidade de rotação: 320.000 rpm Torque: 0,008 N.m.
<small>Data de emissão: 25/11/2019 Data de revisão: NA Válido até: 25/11/2024</small>	

Diante do exposto, após a apreciação dos catálogos dos produtos ofertados pela empresa **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**, podemos confirmar que os itens 02 e item 03, não atendem em sua totalidade ao solicitado em edital, estando assim justificado a desclassificação da empresa no certame.


Segue classificada as empresas:

- **Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI - Lote 1 – Cota Principal – Cirurgia**
- **Fornecedor: BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA – EPP - Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15- Cota Reservada - Lote 14 - Cota Principal – Material Odontológico.**
- **Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Lote 6 – Cota Principal – Descartáveis**
- **Fornecedor: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Lote 12 Cotas Principal e Reservada – Saneantes**

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração, e quaisquer dúvidas estaremos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,


Lilian Mihara
Equipe técnica


Dr. Júlio Márcio F. Penna
Coord. De Saúde Bucal


Gabriela Moreira Rocha
Secretária de Saúde

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/22 - PROCESSO Nº 12.685/22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Às 10:00 (dez) horas do dia 14 (quatorze) de setembro do ano de 2022, reuniram-se na Prefeitura do Município de Jandira, o Pregoeiro, Sr. Valter Pucharelli, equipe de apoio Sr. Bruno Casado e Sr. MAURO JOSÉ LEMOS, designados pela Portaria nº 33742 de 24 de junho de 2022 e as representantes técnicas da Secretaria de Saúde, a Sra. LILIAN MIHARA DE CARVALHO, portadora do CPF nº 265.837.878-57, para abertura da Sessão Pública de Julgamento do Pregão em epígrafe.

Verificou-se os documentos referentes a Procuração do representante presente, procedeu-se a abertura e exame da Proposta Comercial apresentada pela única empresa presente, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de lances e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, na seguinte conformidade.

CRENCIAMENTO

Empresa: BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP
Representante: IVON DE MENDONÇA E SILVA
CPF: 077.538.278-71

Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Representante: ROSEMEMEIRE APARECIDA BEZERRA CARRILHO
CPF: 099623238/94

Empresa: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Representante: MAYCON CRISTO MATIAS SANTIAGO
CPF: 430935468/85

Empresa: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Representante: CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO
CPF: 061195678/01

Empresa: SOMED PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS LTDA
Representante: ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 298.536.538-42

Empresa: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP
Representante: FABIANO DA FONSECA
CPF: 247658068/63

Empresa: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Representante: ALEXANDRE MARTINS FEITOSA
CPF: 259.405.638-30

Empresa: PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS EIRELI
Representante: APARECIDO PELISSER
CPF: 932763898/00

Empresa: HELIO MASSAKI TOTIZAWA
Representante: HELIO MASSAKI TOTIZAWA
CPF: 117.704.638-52

Empresa: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Representante: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: 343334488/40

Empresa: DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA – EPP (ENTREGUE VIA CORREIO)
Representante: MARIA LUISA BARET DANIEL
CPF: 121.464.036-24

Após, o Pregoeiro passou a consignar os valores iniciais, lances livres e negociação, conforme abaixo:

Lote 1 principal

VALOR DA ADM. R\$ 144.624,72	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BIOSANTEC
Valor Proposto:	92.993,05	111.044,61	137.395,83
1º lance	92.000,00	DECLINA	DECLINA
	COM NEGOCIAÇÃO		

Lote 1 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 17.006,06	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	16.156,01		
1º lance	16.000,00		
	COM NEGOCIAÇÃO		

Lote 2 principal

VALOR DA ADM. R\$ 377.055,96			
Valor Proposto:	DESERTA		
1º lance			

Lote 2 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 41.849,48			
Valor Proposto:	DESERTA		
1º lance			

Lote 3 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 876,00	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	832,30		
1º lance	830,00		
	COM NEGOCIAÇÃO		

Lote 4 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 60.694,30	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	57.658,25		
1º lance	55.000,00		
	COM NEGOCIAÇÃO		

Lote5 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 11.767,60	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	11.173,60		
1º lance	11.000,00		
	COM NEGOCIAÇÃO		

Lote 6 principal

VALOR DA ADM. R\$ 782.483,85	NORTH MED	MEDIMPORT COMÉRCIO	PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Valor Proposto:	649.609,20	668.236,95	676.002,15
1º lance	645.000,00	648.000,00	DECLINA
	639.000,00	640.000,00	
	635.000,00	637.000,00	
	630.000,00	633.000,00	
	627.000,00	628.000,00	
	624.000,00	625.000,00	
	620.000,00	622.000,00	
	DECLINA	619.000,00	

Lote 6 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 86.942,65	HMT	SOMED PRODUTOS	BIOSANTEC
Valor Proposto:	86.942,65	86.942,65	89.855,05
1º lance	AUSENTE	AUSENTE	85.000,00

Lote 7 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 32.776,16	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	31.133,31		
1º lance	30.000,00		

Lote 8 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 17.387,60	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	16.517,36		
1º lance	16.100,00		

Lote 9 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 13.474,30	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	12.801,30		
1º lance	11.500,00		

Lote 10 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 62.155,44	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	59.048,16		
1º lance	57.000,00		

Lote 11 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 16.035,55	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	15.232,70		
1º lance	14.200,00		

Lote 12 principal

VALOR DA ADM. R\$ 117.876,92	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	A.L.V. DISTRIBUIDORA
Valor Proposto:	19.926,90	40.984,29	117.486,00
1º lance	PEDIU EXCLUSÃO	DECLINA	115.000,00

Lote 12 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 13.099,10	A.L.V. DISTRIBUIDORA		
Valor Proposto:	13.054,00		
1º lance	12.900,00		

Lote 13 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 10.143,50	BIOSANTEC		
Valor Proposto:	9.636,20		
1º lance	9.500,00		

Lote 14 principal

VALOR DA ADM. R\$ 90.032,40	BIOSANTEC	HMT	SOMED	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Proposto:	85.602,15	90.032,40	90.032,40	93.644,55
1º lance	85.000,00	AUSENTE	AUSENTE	DECLINA

3

[Handwritten signatures and marks]



Lote 14 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 10.003,60	BIOSANTEC	HMT	SOMED
Valor Proposto:	9.511,35	10.003,60	10.003,60
1º lance	9.500,00	AUSENTE	AUSENTE

Lote 15 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 22.936,30	DIPROM	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BIOSANTEC
Valor Proposto:	11.238,20	14.393,70	21.789,30
1º lance	INABILITADA	DECLINA	DECLINA

Lote 16 cota exclusiva

VALOR DA ADM. R\$ 21.731,90			
Valor Proposto:	DESERTA		
1º lance			

Lote 17 principal

VALOR DA ADM. R\$ 168.929,06	BH DENTAL	PELISERV EQUIPAMENTOS	BIOSANTEC
Valor Proposto:	126.620,00	154.834,00	160.526,11
1º lance	126.500,00	DECLINA	DECLINA

Lote 17 cota reservada

VALOR DA ADM. R\$ 20.560,29	BH DENTAL	PELISERV EQUIPAMENTOS	BIOSANTEC
Valor Proposto:	15.980,00	18.876,00	19.532,27
1º lance	15.800,00B	DECLINA	DECLINA

Ato contínuo foram abertos e analisados a documentação de habilitação da empresa que apresentaram o menor valor nos lances, após análise pelos representantes das empresas presentes e da área técnica foi considerada inabilitada a empresa **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA – EPP** por apresentar atestado de capacidade técnica sem comprovar os quantitativos.

RECURSO:

Dada a oportunidade de manifestar recurso, a mesma abriu mão da interposição.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada abaixo pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

Ficam as empresas vencedoras intimadas a entregarem no prazo de 05(cinco) dias a proposta comercial devidamente adequada aos valores apresentados com os devidos descontos, a entrega dos laudos e amostras.

ASSINAM:



VALTER PICHARELLI
PREGOEIRO



MAURO JOSÉ LEMOS
EQUIPE DE APOIO



LILIAN MIHARA DE CARVALHO
EQUIPE TÉCNICA



BRUNO CELESTINO CASADO
EQUIPE DE APOIO


ROSEMERE APARECIDA BEZERRA CARRILHO
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA



MAYCON CRISTO MATIAS SANTIAGO
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI



CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO
PONTUAL COMERCIAL EIRELI



ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA
SOMED PRODUTOS PARA SAÚDE E CORRELATOS
LTDA



FABIANO DA FONSECA
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP



ALEXANDRE MARTINS FEITOSA
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

APARECIDO PELISSER
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ODONTO-MEDICOS EIRELI

HELIO MASSAKI TOTIZAWA
HELIO MASSAKI TOTIZAWA

FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI



IVON DE MENDONÇA E SILVA
BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS
HOSPITALARES LTDA EPP